

Posouzení shody podle §22, zákona č. 22/1997 Sb.

**Společnost a výrobce :****SENSORIKA, s.r.o.**  
V Zátiší 74/4  
147 00 Praha 4KOS Praha reg.C 49434/2.1.1997  
IČ : 25097423

prohlašuje na svou odpovědnost, že níže uvedené výrobky splňují požadavky technických předpisů, a že výrobky jsou za podmínek námi určeného použití bezpečné a že jsme přijali veškerá opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků níže uvedených typů uváděných na trh, s technickou dokumentací a s požadavky příslušného nařízení vlády ČR.

**Výrobky :** Hygrometry a analyzátory vlhkosti s měřicími sondami  
**Typy :** HG 110, 120, 210, 220, 310, 320 a SYSTEM 1110, 1111, 1410, 1411  
**Verze :** HG 111, 121, 211, 221, 311, 321

**Výše popsané předměty prohlášení jsou vyrobeny ve shodě s požadavky :**

Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., elektrická zařízení nízkého napětí (směrnice č. 73/23/EHS)  
Nařízení vlády č. 616/2006 Sb., elektromagnetická kompatibilita (směrnice č. 2004/108/EC)

**Vlastnosti výrobků jsou v souladu s harmonizovanými normami :**

el.bezpečnost ČSN EN 61010-1  
EMC ČSN EN 61326-1  
Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC "Průmyslová oblast"  
ČSN EN 61000-6-4 ed.2 "Elektromagnetická kompatibilita (EMC)-Část 6-4"

Výrobky jsou opatřeny označením CE, vydáno v roce 2007.

**Jako doklad slouží protokol společnosti ELFIS :**

EMC Protokol o měření rušení č. 2903/2015 ze dne 8. září 2015

Místo a datum vydání : Praha, 11. září 2015

Vydavatel prohlášení : Ing. Miloš Klasna, CSc - jednatel společnosti

